

FÖRENKLAD KRAVSPECIFIKATION FÖR SKYDDSUTRUSTNING

Andningskydd Klass FFP 3 med ventil (Kan tänka oss FFP2 om det inte finns FFP3)
Ska uppfylla SS EN 149, A1;2009
Ska vara för skydd mot luftburen smitta och laserrök.
Ska vara för användning på vårdavdelning
Ska ha inbäddad näsklämma
Ska vara med dubbla elastiska band som träs bak över huvudet
Ska sluta tätt kring näsa och haka
Klassificering ska vara angiven på avdelningsförpackning och produkt
Munskydd klass IIR
Ska uppfylla SS-EN 14683:2019
Ska vara för kirurgi med risk för vätskestänk
Ska ha inbäddad näsklämma
Ska sluta väl kring näsa och haka
Ska ha knytband
Klassificering ska vara angiven på avdelningsförpackning
Ansiktsvisir engångs
Ska vara imskyddsbehandlat och reflexfritt
Ska täcka ansiktet och ge skydd både framifrån och från sidorna
Ska kunna användas tillsammans med glasögon
Ska ha skumgummiremsa eller likvärdigt mot pannan som håller visiret på plats på behagligt avstånd från näsan
Ska vara elastiskt/justerbart huvudband för att passa alla huvudstorlekar
Ska vara 19 cm (+/- 1cm)
Operationsmössa, baskermodell
Ska täcka och innesluta håret väl
Ska ha elastisk resår runt om hela mössan
Ska offereras i storlek Ø 55 cm (+/- 2cm)
Operationsmössa med knytband, hjälmmodell med dok
Ska ha dok som täcker skuldror och axelparti
Ska täcka och innesluta håret väl
Ska ha svettband i pannan
Skyddsrock, vätsketät
Ska vara avsedd för vårdpersonal vid förlösningsverksamhet, akutmottagningar eller liknande verksamhet
Ska ha mudd kring handled
Ska ha skärp/knytband runt midjan och knytband alternativt justerbart kardborreband i nacke (eller likvärdigt)
Ska ha stängd rygg
Ska offereras i stl L och XL

Skyddsoverall
Ska vara vätskeresistent
Ska ha lång ärm
Ska ha resår eller mudd kring handled
Ska ha huva som sluter väl till mot ansiktet
Ska inbyggt fotskydd med mudd runt vristen
Ska ha dragkedja på framsidan
Ska vara utan huva
Storlek motsvarande XL och XXL ska offereras
Undersökningshandske , Nitril långt skaft
Ska vara avsedd för patientvård, laboratoriearbete och behandling där det finns behov av en längre handske och där arbete med kemikalier och cytostatika förekommer. Lämplig vid rengöring och dekontaminering av instrument
Ska vara med långt skaft ca 295 mm +/- 5 mm
Tjocklek: Handflata min 0,07mm Finger min 0,10mm Handled min 0,05mm
Förkläde med lång ärm
Ska vara avsett för vårdpersonal
Ska vara vätsketäta
Ska vara med lång ärm med hål för tummen för att säkra så att inte ärmen kasar upp på armen
Längd 140-150cm ska offereras
Förklädena ska ligga vikta i förpackningen och kunna tas ur förpackningen utan att man rör vid nästa förkläde